

Хабарландыру

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық жабдықтар сатып алуды өткізу туралы.

1. Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Жәнібек аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны; Батыс-Қазақстан облысы; Жәнібек ауданы; Жәнібек ауылы, Жеңіс көшесі, 17-үй мекенжайы бойынша орналасқан сізді баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық жабдықтар сатып алуға қатысуға шақырады.
2. Жеткізу көлемі мен талап етілетін мерзімдері көрсетілген атаулардың тізбесі, сондай-ақ баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық қызметтерді сатып алу үшін бөлінген сомалар туралы ақпараттың мазмұны:

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бағасы, теңгемен	Сомасы, теңгемен
1	Медициналық мұздатқыш ММ-180/20/35 ПОЗИС	дана	1	880 000	880 000
2	ХФ-250-2 "POZIS" фармацевтикалық тоңазытқышы (тұйық есік)	дана	5	336 000	1680 000
3	Термоконтейнер медициналық пенополиуретан көп рет пайдаланылатын "Термо-Конт МК " арналған уақытша сақтау және тасымалдау вакциналар, сарысулар, термонетұрақты дәрілік заттар, иммунобиологиялық препараттар, қан және оның компоненттерін, қан алмастырғыштар бар жеке орамасы бар заттар.	дана	1	285 000	285 000
Итого					2 845 000

Техникалық ерекшелігі 1 қосымшада

3. Жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
4. Ұсынудың басталу мерзімі 23.02.2021
5. Ұсынудың соңғы мерзімі 02.03.2021
6. Баға ұсыныстары салынған конверттерді ашу 02.03.2021, сағат 16:00-де БҚО, Жәнібек а, Жеңіс көшесі, 17-үй мекенжайы бойынша жүргізіледі.

1. Медициналық мұздатқыш ММ-180/20/35 ПОЗИС

Техникалық ерекшелігі

Хладагент-404а
Жалпы көлемі, л.- 180
Мұздатқыш камераның көлемі / НТО, л.-180
Компрессорлар саны, дана - 1
Биіктігі, мм - 870
Дөңгелектері бар биіктігі, мм-940
Тереңдігі, мм-720
Ені, мм - 1310
Салмағы, кг., артық емес - 80,5
Номиналды тұтыну қуаты, Вт - 250
Максималды номиналды қуаты, Вт - 275
Кернеу, В - 220
Кепілдік, жыл - 1
ЕАЭО дистрибуциясының тиісті практикасының талаптарына сәйкестікке біліктілік туралы қорытынды есеп болуы тиіс
Мұздатқыш камера
Мұздатқыштағы Температура, °С - 40...- 20
Термокартаның болуы - Иә
Тиімділік және энергияны тұтыну
Электр энергиясын тұтыну, кВт*сағ/тәулік-1.57
Климаттық класы
УХЛ 4.2
Жиілігі, Гц – 50
Орауышы бар тауардың бағдарлы габариттері
Тауардың таза салмағы, кг - 80,5
Тауардың брутто салмағы, кг - 93,5
Тауар орамасының көлемі, м3 - 0,965
Тауар орамасының ұзындығы, м - 0,75
Тауар орамасының ені, м - 1,34
Тауар орамасының биіктігі, м - 0,96

2. ХФ-250-2 "POZIS" фармацевтикалық тоңазытқышы

(тұйық есік)

Жалпы көлемі, л. - 250
Компрессорлар саны, дана - 1
Биіктігі, мм - 1300
Тереңдігі, мм - 610
Ені, мм - 600
Салмағы, кг., артық емес - 50
Номиналды тұтыну қуаты, Вт - 200

Максималды номиналды қуаты, Вт - 220

Кернеу, В - 220

Кепілдік, жыл - 2

ЕАЭО дистрибуциясының тиісті практикасының талаптарына сәйкестікке біліктілік туралы қорытынды есеп болуы тиіс

Тоңазытқыш камера

Тоңазытқыш камерасын еріту жүйесі - авто

Тоңазытқыш камерадағы Температура, °C - +2... +15

Температураны ұстап тұру дәлдігі - ±2

Термокартаның болуы – Иә

Тиімділік және энергияны тұтыну

Электр энергиясын тұтыну, кВт*сағ/тәулік- 0.64

Климаттық класы - УХЛ 4.2

Жиілігі, Гц – 50

Орауышы бар тауардың бағдарлы габариттері

Тауардың таза салмағы, кг - 50

Тауардың брутто салмағы, кг - 53,5

Тауар орамасының көлемі, м3 - 0,557

Тауар орамасының ұзындығы, м - 0,65

Тауар орамасының ені, м - 0,63

Тауар орамасының биіктігі, м - 1,36

3. Медициналық термоконтейнер

Бос термоконтейнердің ішкі көлемі: 49,2 л.

Қаптамасыз сыртқы өлшемдер (D x W X V): 520 x 500 x 520 мм

Ішкі өлшемдері түбі бойынша (Д x Ш x В): 360 x 340 x 380 мм

Қақпағы бойынша ішкі өлшемдері (Д x Ш x В): 380 x 360 x 380 мм

Бос термоконтейнердің салмағы: 5,5 кг

Қолданылатын хладоэлементтер: МХД-1 / МХД-2

Ұсынылған салқындатқыш элементтер жиынтығы: 24 дана

Өндіріс материалы: қатты полиуретанды көбік

Ішкі беттердің материалы: соққыға төзімді пластик немесе ламинатталған картон

Сыртқы беттердің материалы: ылғалдан қорғайтын полиэстерден немесе гофркоробоктан жасалған қап-қап

(термоконтейнердің мөлшері, көлемі, салмағы параметрлерінің рұқсат етілген ауытқулары: +5%)

Термоконтейнердің ішкі көлемінің температуралық диапазоны үшін салқындату әсерінің ұзақтығы*:

қоршаған ортаның температурасы +2 °C-тан +8 °C-қа дейін +25 °C: 139 сағат

қоршаған орта температурасы +43 °C болғанда +2 °C-тан +8 °C-қа дейін: 76 сағат