

ПРОТОКОЛ об итогах тендера по закупке медицинской техники

п. Жанибек

03.06.2022 г.

1. Тендерная комиссия в составе:

Исмагулова Сауле Магауятовна	-	Директор ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница»;
Погульская Гульнара Перналовна	-	Член комиссии ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница»;
Молдагалиева Арайлым Кумаргалиевна	-	Член комиссии ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница»;
Халенов Алмаз Берикович	-	Член комиссии ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница»;
Акымова Мадина Ержанкызы	-	Член комиссии ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница»;
Кыдыргалиева Акмарал Сагынгалиевна	-	Секретарь комиссии ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница»;

Провели закуп способом тендера лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375

2. Наименование и краткое описание медицинской техники для ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница» УЗ акимата ЗКО в разделе лотов отражены в таблице1.

Таблица 1

№ лота	Наименование товара	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	Срок поставки	Место поставки товаров
1	Система для цифровой радиотрафии с принадлежностями и Расходным материалом,	шт	1	12 920 000,00	12 920 000,00	90 календарных дней	Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, п.Жанибек ул.Женис 17, ГКП на ПХВ "Жанибекская районная больница" УЗ акимата ЗКО
ИТОГО					12 920 000,0		

- Сумма выделенная для закупки медицинской техники для ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница» УЗ акимата ЗКО составляет 12 920 000 (двенадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) тенге 00 тын.
- Запросы о разъяснении тендерной документации от поставщиков не поступили.
- До истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок (до 15:00 часов 26 мая 2022 года включительно), тендерные заявки предоставлены следующими потенциальными поставщиками и зафиксированы в журнале регистрации:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Местонахождение потенциального поставщика	Время и дата представления заявки на участие в тендере	Способ представления
3	ТОО «Батыс Темирлан Фарм+»	РК, ЗКО, г.Уральск, ул.Поповича, строение125,	15часов 32минуты 20.05.2021года	Курьер

- Тендерные заявки потенциальных поставщиков, не допущенных на участие в закупке медицинской техники способом проведения тендера, в связи с несоответствием требованиям тендерной документации: отсутствуют
- Тендерная комиссия при рассмотрении представленных тендерных заявок кроме цены исходила от соответствия тендерных заявок требованиям Правил и тендерной документации

8. Для представления заключения по определению соответствия предлагаемых потенциальными поставщиками медицинской техники эксперт не привлекался.
9. Потенциальные поставщики, присутствовавшие на вскрытии тендерных заявок: нет
10. Тендерная комиссия по результатам оценки, сопоставления тендерных заявок и голосования решила ПРИЗНАТЬ закуп медицинской техники способом проведения тендера: несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации и осуществить закуп способом из одного источника

Квалификационные данные потенциального поставщика ТОО «Батыс Темирлан Фарм+» соответствует требованиям Правил.

11. Другие условия тендерных заявок потенциальных поставщиков:
12. Ценовые предложения потенциальных поставщиков отражены в приложении №1 к протоколу об итогах
13. Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.
14. Эксперт не привлекался в соответствии
15. Тендерная комиссия по результатам оценки **Решила**

1. На основании п.72 Параграф 4 Правил осуществить закуп способом из одного источника по закупу медицинской техники согласно приложения №1

ТОО «Батыс Темирлан Фарм+» (лот №1,) РК, ЗКО, г.Уральск, ул.Поповича, строение12Б, на сумму 12 920 000,00 «Двенадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч» тенге, 00 тьын

16. В сроки предусмотренные Правилами, заключить договор с поставщиком согласно Приложению №2

Директор




Исмагулова С.М.


Члены комиссии



Погульская Г.П.



Акимова М.Е.



Халенов А.Б.



Молдагалиева А.К.

Секретарь комиссии



Кыдыргалиева А.С.

Приложение №1

Перечень закушаемых медицинской техники для ГКП на ПХВ "Жанибекская районная больница" УЗ акимата ЗКО

№ лота	Наименование товара	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	Срок поставки	Место поставки товаров
1	Система для цифровой радиологии с принадлежностями и расходным материалом,	шт	1	12 920 000,00	12 920 000,00	90 календарных дней	Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, п.Жанибек ул.Женис 17, ГКП на ПХВ "Жанибекская районная больница" УЗ акимата ЗКО
ИТОГО					12 920 000,0		

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание		
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)	Система для цифровой радиологии FCR Prima TM с принадлежностями и расходным материалом, Fujifilm Imaging Systems (Suzhou) Co., Ltd. Регистрационное удостоверение РК-МТ-5-№017344		
2	Наименование МТ, относящаяся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)	Не относится к средствам измерения		
	№ п/п	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ	
	Основные комплектующие			
3	Требования к комплектации		<u>Дигитайзер (оцифровщик) адаптированная для принтера Fuji Medical DR1RX Cite (DR1RX 2000)</u> Устройство для считывания и стирания информации с запоминающих пластин. Исполнение – настольное. Дигитайзер имеет горизонтальный касетоприемник. Габариты, не более: ширина 560мм x глубина 540 мм x высота 92 мм Вес, не более: 39кг Геометрическое разрешение должно быть не менее 3 различных выбираемых типов: 5 пикселей/ мм, 10 пикселей / мм и 20 пикселей / мм Время начала работы на экране: минимум 33 сек. Сеть: 10 Base T / 100 Base TX Контрастное разрешение – не менее 12 бит/пиксель. Доступные принадлежности: Пластина для визуализации: ST-VI (стандартный тип), 35x43см, 35x35см, 10 "x 12", 8 "x 10", 24x30см, 18x24см, 15x30см Пластина для визуализации: HR-VI (тип высокого разрешения) 24x30см, 18x24см Доступно для использования с IP-кассетами: Тип CC: 35x43см, 35x35см, 10 "x 12", 8 "x 10", 24x30см, 18x24см, 15x30см Тип CH: 24x30см, 18x24см Тип LC: 35.4 x 124.5см, 35.4x 101.7см, 35.4x83см, 25.2 x 58см, 24x57см	

			Время, необходимое для Р-канала/загрузки - Мин. 49 сек. Должен поддерживать соединение DICOM 3.0 Производительность: • не менее 40 кассет в час размером 18 x 24 см (маммография) • не менее 33 кассеты в час размером 24 x 30 см (маммография) • не менее 60 кассет в час размером 35 x 43 см • не менее 68 кассет в час размером 35 x 35 см Емкость: не менее 60 кассет в час размером 35 x 43 см форматом 5 пикселей / мм Для общей радиологии система должна иметь 2 кассеты 35x43, 2 кассеты 24x30, 2 фосфорных пластины 35x43 и 2 фосфорных пластины 24x30. Для маммографии система должна иметь 4 кассеты 24x30 см для маммографии, 4 кассеты 18x24 для маммографии, 4 фосфорных пластины 24x30 см для маммографии, 4 фосфорных пластины 18x24 см для маммографии, 2 адаптера 24x30 Мощность обработки: до 73 пластин в час. Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений: Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0 Автоматическая и ручная обработка рентгеновских изображений Инверсия (отрицательная / положительная) Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст / яркость) Автоматическая нормализация изображения Ручное и автоматическое масштабирование Маркировка изменений плотности тканей Возможность печати изображений разных пациентов на одном листе пленки Форматы экспортированных и импортированных данных - DICOM 3.0 Одновременное использование в маммографии и рентгенографии Русскоязычный пользовательский интерфейс. Аппаратное обеспечение обработки изображений: - персональный компьютер с процессором Intel Core i3 или выше - жесткий диск (HD) - 500 Гб или более - оперативная память - 2 Гб или более - диск 16x CD-RW и DVD-RW. - Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - Высокая точная видеокарта с высоким разрешением. - Лицензионная ОС Windows - ЖК-монитор – не менее 19 " - Поддержка разрешения - не менее 1280 x 1024. Кассеты с запечатанными пластинами Кассеты пластиковые для маммографии, специализированные. Встроенный в каждую кассету микроип для записи и передачи данных Доступные форматы кассет: 35 x 43 см, 24 x 30 см, 18 x 24 см, 15 x 30см
2	Термографический принтер	Принтер - мультимедийное, компактное, высокоскоростное устройство, которое предназначено для печати изображений, полученных от систем	

		для печати цифровых изображений	медицинской диагностики. Камера позволяет осуществлять одновременную установку двух лотков для пленки разных размеров. Метод записи изображений: Термографический Регулировка плотности • Автоматическая • Дневная, DI-HT Загрузка и тип пленки Форматы пленки: 35 x 43 см (14" x17"), 26 x 36 см, 25 x 30 см (10" x12"), 20 x 25 см (8" x10") • Лотки для пленки • до 2 лотков • Память для изображений • 1 Гб Производительность листов/час: 50 листов/час - формат 35 x 43 см (14" x 17"), 65 листов/час - формат 25 x 30 см (10" x 12"), 75 листов/час - формат 26 x 36 см, 90 листов/час - формат 20 x 25 см (8" x 10") Размер пикселя - 84,7 мкм (300 точек на дюйм) Шкала серого - 12 бит Входные каналы - Вход сети DICOM только на 1 канал Источник питания - Входное напряжение: 100-240В переменного тока/фаза: Одна/Частота: 50-60 Гц с номинальным током: 5-2А Размеры (ШХГХВ): - 530 x 590 x 365мм (21 x 23 x 14") большая кассета / 530 x 470 x 365мм (21 x 19 x 14") малая кассета на 180мм выше при дополнительной установке податчика Вес - 32 кг (71 фунт)/43 кг (95 фунтов) с дополнительным податчиком	
Дополнительные комплектующие				
1				
Расходные материалы и используемые узлы:				
	Пластинки гибкие для медицинских радиологических изображений, размером 24 x 30	Пластина состоит из плотноупакованной частиц для хранения рентген энергии (фотостимулируемой) люминофорного типа на основе полиэстера. IP-пластина может быть многократно использована для рентген-облучения, считывания рентген изображений и их стирания. Размер пластины: 24 x 30 см.		
	Пластинки гибкие для медицинских радиологических изображений, размером 18 x 24	Пластина состоит из плотноупакованной частиц для хранения рентген энергии (фотостимулируемой) люминофорного типа на основе полиэстера. IP-пластина может быть многократно использована для рентген-облучения, считывания рентген изображений и их стирания. Размер пластины: 18 x 24 см.		
	Кассеты для гибких пластин размером, 24 x 30	Пластина должна быть совместима с кассетой 24X30CM		
	Кассеты для гибких пластин размером, 18 x 24	Пластина должна быть совместима с кассетой 18X24CM		
	Кассеты для гибких пластин, размером 18 x 24	Кассеты цифровые 24X30CM должны быть совместимы с Системой для цифровой радиографии Кассета должны быть оснащена адаптером.		
	Кассеты для гибких пластин, размером 18 x 24	Кассеты цифровые 18X24CM должны быть совместимы с Системой для цифровой радиографии Размер: 18 x 24 см		
	Медицинская пленка для сухой печати	Пленка для медицинского принтера серии «DyrPix 2000» Максимальная оптическая плотность D-мх, не менее 3,6. Разрешающая способность (dpi), не менее 550. Количество уровней градации серого цвета, не менее 14 bit. Основа: голубой тон. Экспонирование: термография. Размер: 35x43 см. Упаковка – 100 листов. Единица измерения – упаковка.		

4	Требования к условиям эксплуатации	Напряжение: 230 В ($\pm 10\%$) / 50 - 60 Гц ~ Максимальная потребляемая мощность: 550 ВА	
5	Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP клиент	
6	Срок поставки МТ и место дислокации	90 календарных дней. DDP клиент	
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев (<i>по всей срок лизинга</i>). Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановление отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий	

Директор

Исмагулова С.М.

Члены комиссии

Погульская Г.П.

Акимова М.Е.

Халенов А.Б.

Молдагалиева А.К.

Кыдыргалиева А.С.

Секретарь комиссии