

ПРОТОКОЛ об итогах тендера по закупу медицинской техники

п. Жанибек

14.09.2021 г.

15.30 час.

1. Тендерная комиссия в составе:

- | | | |
|---|---|--|
| Исмагулова Сауле
Магауятовна | – | Директор ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница»; |
| Погульская Гульнара
Перналовна | – | Член комиссии ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница»; |
| Сарсенгалиев Ербол
Сагингалиевич | – | Член комиссии ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница»; |
| Халенов Алмаз Берикович | – | Член комиссии ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница»; |
| Ханзалиева Анара
Муратдимовна | – | Член комиссии ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница»; |
| Кыдыргалиева Акмарал
Сагынгалиевна | – | Секретарь комиссии ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница»; |

Провели закуп способом тендера лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375

2. Наименование и краткое описание медицинской техники для ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница» УЗ акимата ЗКО в разделе лотов отражены в таблице 1.

Таблица 1

№	Наименование оборудования	Ед.изм	Кол-во	Цена, в тенге	Сумма, в тенге	Срок поставки	Место поставки
1	Система цифровой рентгенографии/флюорографии с Лазерным принтером для печати цифровых изображений с принадлежностями и расходным материалом	шт	1	40 226 000,00	40 226 000,00	120 календарных дней	Западно-Казахстанская область; Жанибекский район; с.Жанибек; ул.Победы; 17. ГКП на ПХВ «Жанибекская РБ» УЗ акимата ЗКО
2	Инкубатор для новорожденных	шт	1	18 497 000,00	18 497 000,00		
3	Система диагностическая ультразвуковая (УЗИ экспертного класса) с принадлежностями	шт	1	68 000 000,00	68 000 000,00		
4	Монитор фетальный	шт	1	3 813 000,00	3 813 000,00		
ИТОГО:					130 536 000		

3. Сумма выделенная для закупа медицинской техники для ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница» УЗ акимата ЗКО составляет 130 536 000 (сто тридцать миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) тенге 00 тиын.

5. До истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок (до 15:00 часов 08 сентября 2021 года включительно), тендерные заявки предоставлены следующими потенциальными поставщиками и зафиксированы в журнале регистрации:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Местонахождение потенциального поставщика	Время и дата представления заявки на участие в тендере	Способ представления
1	ТОО «АстаМед»	РК, г.Нур-Султан, Сарыаркинский р-н, ул. Бейбитшилик 25, офис 217	15 часов 35 минут 03.09.2021 года	Курьер
2	ТОО «DOS-PHARM (ДОС-ФАРМ)	РК, ЗКО, г.Уральск, ул.Поповича, 12	17 часов 34 минуты 06.09.2021 года	Курьер
3	ТОО «Батыс Темирлан Фарм+»	РК, ЗКО, г.Уральск, ул.Поповича, строение 12Б,	17 часов 34 минуты 06.09.2021 года	Курьер
4	ТОО «NAMAN»	РК, г.Алматы, ул.М.Маметовой, 67Б	9 часов 10 минут 07.06.2021 года	Курьер
5	ТОО «МедМаркет-Эксперт»	РК, г. Уральск, ул.Сарайшык, 56	17 часов 47 минут 07.06.2021 года	Курьер
6	ТОО «LabTest Diagnostics»	РК, г.Алматы, ул.Земнухова, 19а	9 часов 24 минуты 08.09.2021 года	Курьер
7	ТОО «Hidramed»	РК, г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Б.Майлин, дом 11	9 часов 24 минуты 08.09.2021 года	Курьер
8	ТОО «SBK Standard»	РК, г.Нур-Султан, район Комсомольский, ул. Карашаш ана, дом 25	9 часов 43 минуты 08.09.2021 года	Курьер

6. Тендерные заявки потенциальных поставщиков, не допущенных на участие в закупе медицинской техники способом проведения тендера, в связи с несоответствием требованиям тендерной документации:

По лоту №1 - ТОО «Аста Мед»

По лоту №2,3 - ТОО «МедМаркет-Эксперт»

По лоту №3 - ТОО «ТОО «SBK Standard»

7. Тендерная комиссия при рассмотрении предоставленных тендерных заявок кроме цены исходила от соответствия тендерных заявок требованиям Правил и тендерной документации
8. Для представления заключения по определению соответствия предлагаемых потенциальными поставщиками медицинской техники эксперт не привлекался.
9. Потенциальные поставщики, присутствовавшие на вскрытие тендерных заявок: нет
10. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков **отклонены** на основании Правила организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года (далее Правил) и тендерной документации проведения настоящего тендера:

- ТОО «МедМаркет-Эксперт» - На основании пп.8 п.70 Параграф. 4 предоставления потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствует требованиям тендерной документации и настоящих правил

- Инкубатор для новорожденных

- Инкубатор для новорожденных по лоту № 2 ТОО «МедМаркет-Эксперт» - регулируемое ложе выдвигается, но не имеет возможности ротации (поворота на 45°); - электрическое измерение положения кровати регулировка угла наклона осуществляется при помощи механического регулятора; - уровень шума: не соответствует не превышает 45 Дб.; - установка концентрации O2 (диапазон установки) не соответствует 22-65%- предложен меньший диапазон установок концентрации кислорода; - светодиодный дисплей, предложен меньший диагональ дисплея управления – дисплей 7 дюймов; - не соответствует отверстий для шлангов -8 отверстий; - фитотерапевтическая лампа, предложен меньший размер оснащаемой (облучаемой) поверхности- 200 x 300 мм.;

- ТОО «ТОО «АстаМед» На основании пп.8 п.70 Параграф. 4 предоставления потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствует требованиям тендерной документации и настоящих правил

- Система цифровой рентгенографии/флюорографии с Лазерным принтером

Указаны операционные режимы для снимков конечностей, головы, внутренних органов и грудной клетки. Не указаны наличие операционных режимов для снимков отделов позвоночника.

Не указан тип аппарата (требуется бескабинный тип).

Не указан диапазон перемещения детектора по вертикали и его тип (требуется моторизованное перемещение детектора диапазоном не менее от 400-1450 мм).

Отсутствует синхронизация перемещения детектора с перемещением рентгеновской трубки.

- Не указано наличие моторизованного передвижения рентгеновской трубки по вертикали синхронизированного с перемещением детектора. В представленном оборудовании перемещение рентгеновской трубки ручное

- Разрешение матрицы 3008x3072. (требуется не менее 3072x3072

- Отсутствует моторизованная система отслеживания положения «трубка-детектор» для синхронизации передвижения модуля, что значительно увеличивает производительность труда, проходимость кабинета и оптимизирует работу персонала.

- Не указаны значения мощности рентгеновской трубки на малом и большом фокусах (требуется не менее 21/42 кВт)

- Не указаны значения диапазона изменения мАс (требуется 0,1-500 мАс)

- Нет данных о наличии коллиматора в предлагаемом оборудовании

- Нет данных о наличии высоковольтных кабелей в комплекте поставки

- Цифровой термографический принтер прямой печати

- ТОО «МедМаркет-Эксперт» На основании пп.8 п.70 Параграф. 4 предоставления потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствует требованиям тендерной документации и настоящих правил

Ультразвуковая диагностическая система

- По объявленному ТЗ выявлены следующие несоответствия в основном блоке:

- Динамический диапазон, отображаемый на экране ДБ, 192 параметр не соответствует указанного в ТЗ 205дБ.

- Глубина визуализации, см, 30 заданное ТЗ не менее 40см

- Число каналов на прием/передачу, 229376, параметр не соответствует указанного в ТЗ не менее 370 000

- Увеличение изображения в реальном времени (Zoom), 15 раз параметр не соответствует указанного в ТЗ в не менее 27 раз параметр, не соответствует указанного в ТЗ

- Экранная матрица, пикселей, 1366x768 параметр не соответствует указанного в ТЗ не менее 1600x900

скорость развертки М-Режиме не менее 1,733-13,87 сек, не указано по ТЗ скорость развертки в М-Режиме

Вес аппарата 105кг не соответствует заданному ТЗ вес аппарата не более 75 кг

- не указан параметр не соответствует объявленному ТЗ

- Диапазон скоростей;

- PRF для постоянно-волнового доплера

- карты псевдо окрашивания

- Программное приложение для прецизионной визуализации отсутствует

- Программное приложения для специальной оптимизации тканевого отображения отсутствует

- Программное приложение для высококачественной визуализации микрососудистого кровотока отсутствует

- Блок аккумуляторов отсутствует

- Не указаны режимы поддержки работы датчика

- Диапазон частот: 3 – 12 МГц, не соответствует заданного ТЗ параметра диапазон частот не менее 5-14,0 МГц,

Не указаны режимы поддержки работы датчика

- Диапазон частот: 3 – 10 МГц не соответствует заданного ТЗ параметра мультичастотность не менее 3,0-11,0 МГц,

Не указаны параметры длины датчика, и поддержки режимов датчика

- Не указан параметр число переключаемых частот

Не указаны параметры длины датчика, и поддержки режимов датчика

- Не указаны параметры разрешения печати передачи полутонов градации серого

- ТОО «ТОО «SBK Standard» На основании пп.8 п.70 Параграф. 4 предоставления потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствует требованиям тендерной документации и настоящих правил

Ультразвуковая диагностическая система

По объявленному ТЗ выявлены следующие несоответствия в основном блоке:

- увеличение изображения в реальном времени и в режиме "заморозки" в не менее 27 раз, указана величина 22 раза.

вес аппарата не более 75 кг, указана величина 90кг, превышает заданное ТЗ

скорость развертки М-Режиме не менее 1,733-13,87 сек, не указано по ТЗ скорость развертки в М-Режиме

Импульсно-волновой доплер:

Частота повторения импульсов: от 0,9 до 22 кГц. Диапазон скоростей: от 0,01 до 16 м/с.

Импульсно-волновой доплер: PRF для импульсно-волнового доплера не менее 300 – 52 100 Гц, максимально определяемая скорость не менее 37,82 м/сек., минимально определяемая скорость не более 0.03 см/сек.

Не соответствует заданному ТЗ:

Импульсно-волновой доплер:

Частота повторения импульсов: от 0,9 до 22 кГц не соответствует указанного в ТЗ параметра.

Диапазон скоростей: от 0,01 до 16 м/с, максимальная скорость не соответствует указанного параметра

Частота кадров/сек в режиме тканевого доплера не менее 1090, не соответствует ТЗ не указан данный параметр

Число цветowych карт для тканевого доплера не менее 12, сочетание режимов В-, РW- и тканевого доплера, не соответствует ТЗ не указан данный параметр

Частота повторения импульсов: от 1,3 до 41,7 кГц., указанный параметр не соответствует объявленному ТЗ, не соответствует указанного значения

Диапазон скоростей: от 0,01 до 30,8 м/с. , максимальная определяемая скорость не соответствует объявленного параметра

Не соответствует заданному ТЗ, не указан параметр микрососудистового кровотока

Не соответствует указанному ТЗ, параметр поддержания автономной работы 20минут не соответствует заданного в ТЗ параметра не менее 2 часа

Диапазон частот: 2 – 5 МГц не соответствует заданного ТЗ параметра не менее 1,0-6,0 МГц

Не указаны режимы поддержки работы датчика

Диапазон частот: 4 – 12 МГц. не соответствует заданного ТЗ параметра диапазон частот не менее 5-14,0 МГц, Не указаны режимы поддержки работы датчика

Диапазон частот: 2.9 – 9.7 МГц не соответствует заданного ТЗ параметра мультичастотность не менее 3,0-11,0 МГц,

Не указаны параметры длины датчика, и поддержки режимов датчика

Диапазон частот: 1 – 4 МГц. не соответствует заданного ТЗ параметра диапазон частот не менее 1,0-5,0 МГц,

Количество элементов – 64 не соответствует заданного ТЗ параметра количество элементов не менее 90

Не указан параметр число переключаемых частот

Не указаны параметры разрешения печати передачи полутонов градации серого

11. Тендерная комиссия по результатам оценки, сопоставления тендерных заявок и голосования решила ПРИЗНАТЬ закуп медицинской техники способом проведения тендера: СОСТОЯВШИМСЯ

Квалификационные данные потенциальных поставщиков ТОО «Hidramed», ТОО «LabTest Diagnostics», ТОО «Батыс Темирлан Фарм+», ТОО «NAMAN», ТОО «DOS-PHARM (ДОС-ФАРМ) соответствует требованиям Правил.

12. Другие условия тендерных заявок потенциальных поставщиков:
13. Ценовые предложения потенциальных поставщиков отражены в приложении №1 к протоколу об итогах
14. Альтернативные условия платежа и скидки отсутствуют.
15. Эксперт не привлекался в соответствии
16. Тендерная комиссия по результатам оценки **Решила**

1. На основании п.74 Пункта 4 Правил признать выигравшим тендр по закупу медицинской техники согласно приложению №1

- ТОО «Hidramed» » (лот №1) РК, г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Б.Майлин, дом11 на сумму 40 116 000 (сорок миллионов сто шестнадцать тысяч) тенге, 00 тиын.
- ТОО «Батыс Темирлан Фарм+» (лот №2; №3;) РК, ЗКО, г.Уральск, ул.Поповича, строение12Б, на сумму 85 600 000 «восемьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) тенге, 00 тиын
- ТОО «DOS-PHARM (ДОС-ФАРМ) (лот №4) РК, ЗКО, г.Уральск, ул.Поповича,12 на сумму 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) тенге, 00 тиын

17. В сроки предусмотренные Правилами, заключить договор с поставщиком победителем согласно Приложению №2

Директор

Члены комиссии

Секретарь комиссии



Исмагулова С.М.



Погульская Г.П.



Сарсенгалиев Е.С.



Халенов А.Б.



Ханзалиева А.М.



Кыдыргалиева А.С.

Перечень медицинской техники

№	Наименование оборудования	Ед.изм	Кол-во	Цена, в тенге	Сумма, в тенге	Срок поставки	Место поставки
1	Система цифровой рентгенографии/флюорографии с Лазерным принтером для печати цифровых изображений с принадлежностями и расходным материалом	шт	1	40 116 000,00	40 116 000,00	120 календарных дней	Западно-Казахстанская область; Жанибекский район; с.Жанибек; ул.Победы; 17. ГКП на ПХВ «Жанибекская РБ» УЗ акимата ЗКО
2	Инкубатор для новорожденных	шт	1	18 400 000,00	18 400 000,00		
3	Система диагностическая ультразвуковая (УЗИ экспертного класса) с принадлежностями	шт	1	67 200 000,00	67 200 000,00		
4	Монитор фетальный	шт	1	3 800 000,00	3 800 000,00		
ИТОГО:					129 516 000		